



ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

«Калининатомэнергоремонт» -

филиал

АО «Атомэнергоремонт»

а/я 14, г. Удомля-1,  
Тверская область, 171841  
тел./факс: (48255) 5-56-02  
e-mail: [fkal@aer-rea.ru](mailto:fkal@aer-rea.ru)  
ОКПО 14937578, ОГРН 1085029002079  
ИНН/КПП 5029112443/691602001

Сертифицировано DQS по ГОСТ ISO 9001-2011



ЗАО «Фуджифильм-РО»  
Менеджеру по продажам  
Неугодникову Д.С.

12.02.2016 № 3125-14/207  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отзыв о рентгеновской пленке

Уважаемый Дмитрий Сергеевич!

Довожу до вашего сведения, что полученная нами для проведения испытаний рентгеновская пленка Fuji «IX50», Fuji «IX80», Fuji «IX100», Fuji «IX100HD» и реактивы для проявки «Пром. химикат AUDEL IND XR DEV REP 2x20L», «Пром. химикат AUFIX IND XR FIX&REP 2x20L», производства «Fuji Photo Film Co., LTD», страна-производитель Япония, показали полную совместимость с машинной обработкой в проявочных машинках типа Agfa NDT (Nova, M Eco, Seco). Дефектов поверхности данных типов пленок (царапин, заломов и т.д.) не обнаружено. Отклонения в проявочном процессе рентгеновских пленок Fuji по сравнению рентгеновскими пленками Agfa на проявочных машинах Agfa NDT (Nova, M Eco, Seco) отсутствуют.

Директор

В.А. Митяшин

С.В. Николаев, СТКиС  
(48255) 6-90-33