



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.C.27.002.A № 28996

Срок действия до 13 июня 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Толщиномеры ультразвуковые прецизионные CL 5

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "GE Inspection Technologies GmbH", Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 35722-07

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
021-002-296 МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 июня 2013 г. № 588

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

20.06 2013 г.

Ф.В.Булыгин